



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

ОС.С.38.001.А № 58806

Срок действия до 27 марта 2025 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

Радиометры активности радионуклидов РИС-А "Дозкалибратор"

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

**Общество с ограниченной ответственностью "НТЦ Амплитуда"
(ООО "НТЦ Амплитуда"), г. Москва, г. Зеленоград**

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № **60706-15**

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ

АЖНС.412123.004 МП

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ **1 год**

Свидетельство об утверждении типа продлено приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от **27 марта 2020 г. № 639**

Описание типа средств измерений является обязательным приложением к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства



А.В.Кулешов

11 30 03 2020 г.

Серия СИ

№ 044070