



ДЕРЖАВНИЙ КОМПІТЕТ СТАНДАРТИЗАЦІЇ,
МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ УКРАЇНИ

Серія Д

№ 000563



СВІДОЦТВО ПРО ВИЗНАННЯ
затвердження типу засобів вимірювальної техніки

№ UA-MI/3-368-2002

Видане 6 червня 2002 р.

Це свідоцтво, видане НВП "Атомтех", Республіка Білорусь, засвідчує, що на підставі "Соглашения о взаимном признании результатов государственных испытаний и утверждения типа, метрологической аттестации, поверки и калибровки средств измерений, а также результатов аккредитации лабораторий, осуществляющих испытания, поверку или калибровку средств измерений", підписаного 6 жовтня 1992 р. Держстандартом України, визнано тип засобів вимірювальної техніки "Дозиметри індивідуальні ДКС-АТ3509, ДКС-АТ3509А", затверджений Держстандартом Республіки Білорусь на підставі результатів державних випробувань.

Дозиметри індивідуальні ДКС-АТ3509, ДКС-АТ3509А зареєстровані в Державному реєстрі засобів вимірювальної техніки, допущених до застосування в Україні, за номером РБ 03 17 0935 99.

Дозиметри індивідуальні ДКС-АТ3509, ДКС-АТ3509А підлягають повірці під час експлуатації з міжповірочним інтервалом не більше 1 року.

Заступник голови
Держстандарту України



Г.С. Сидоренко